



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-25096

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):

Датчики давления по ТУ 4212-000-7718542411-05 серий DMP, DMK, LMP, LMK, DS, ХАСТ, НМР, DMD с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4 X; серий ХАСТ, НМР с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5; серии DMD с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT6; цифровые индикаторы модели РА 430 с маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT4.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1200 (9026 20 300 0)

Изготовитель (поставщик): ООО "БД СЕНСОРС РУС"  
(107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, стр. 1).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС RU.ГБ05.В01923 от 16.04.2007 г., заключение экспертизы промышленной безопасности НАНИО "ЦСВЭ" № 11-ТУ-173-2007 (НХ).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых устройств требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской Федерации.
2. Применение поставляемых устройств на нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектах в соответствии с технической документацией, руководством по эксплуатации и паспортом.

Срок действия разрешения до 02.07.2010

Дата выдачи 02.07.2007



Статс-секретарь -  
заместитель руководителя  
К.Л. Чайка

А В 024750